



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**

im. dr Konrada Vietha w Radomiu

26-612 Radom ul. B. Limanowskiego 42

Regon: 000303060 NIP: 948-16-24-611



Telefony: *Dyrektor:* 048-362 62 76

Centrala: 048-362 11 27

Tel./fax: 048-362 62 76

e-mail: dyrektor@rckik.radom.pl

e-mail: przetargi@rckik.radom.pl

Sprawa nr NA-ZP-250/06/06/15

Radom, dnia 09.04.2015 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: sprawy nr:NA-ZP-250/06/06/15

postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na zakup i dostawę jednorazowych artykułów medycznych IV

Na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ o niżej podanej treści:

Pytanie nr 1 dotyczy: Pakietu 1e

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 2 i utworzy dla nich odrębne zadanie tematyczne? Pozwoli to na udział większej liczbie Oferentów i uzyskanie większej liczby korzystniejszych cenowo ofert?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie pakietu na dwie części.

Pytanie nr 2 dotyczy: Pakietu 1d poz. 1

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych do badań, fioletowych, cienkich, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 – min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Odporne na działanie min. 12 cytostatyków potwierdzone raportami z wynikami badań. Rozmiary XS-L, pakowane 100 sztuk (z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym).”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem załączonym do SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy: Pakietu 1d poz. 2

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową (informacja o pokryciu wewnętrznym fabrycznie naniesiona na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na

opakowaniu), poziom protein < 10ug/g rękawicy (w badaniach niezależnych), mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu 0,14 ±0,01 mm, zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 – cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiary XS-L Opakowanie max. 100 sztuk?”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z opisem załączonym do SIWZ.

Podpisał Dyrektor RCKiK

mgr Józef Waniek