



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**

im. dr Konrada Vietha w Radomiu

26-612 Radom ul. B. Limanowskiego 42

Regon: 000303060 NIP: 948-16-24-611



Telefony: *Dyrektor:* 048-362 62 76

Centrala: 048-362 11 27

Tel./fax: 048-362 62 76

e-mail: dyrektor@rckik.radom.pl

e-mail: przetargi@rckik.radom.pl

Sprawa nr NA-ZP-250/09/10/15

Radom, dnia 03.07.2015 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: sprawy nr:NA-ZP-250/09/10/15

postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 134.000 euro na zakup i dostawę pojemników góra dół

Na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ o niżej podanej treści:

Pytanie nr 1 dotyczy: pkt 5 zał nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników z dodatkowym drenem odchodzącym od pojemnika na KKCz oznakowanym w 11 miejscach?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojemników z dodatkowym drenem oznakowanym w 11 miejscach.

Pytanie nr 2 dotyczy: Pakietu 1d poz. 1

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojemników z etykietami, na których data ważności zapisana jest w postaci cyfrowej (miesiąc i rok) oraz piktogramu zgodnie z normą ISO 3826-Z, nie występują natomiast w formie kodu kreskowego?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane oznakowanie - inne niż opisane w „Opisie przedmiotu zamówienia”.

Podpisał Dyrektor RCKiK

mgr Józef Waniek