



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**

im. dr Konrada Vietha w Radomiu

26-612 Radom ul. B. Limanowskiego 42

Regon: 000303060 NIP: 948-16-24-611



Telefony: Dyrektor: 048-362 62 76

Centrala: 048-362 11 27

Tel./fax: 048-362 62 76

e-mail: dyrektor@rckik.radom.pl

e-mail: przetargi@rckik.radom.pl

Sprawa nr NA-ZP-250/04/04/16

Radom, dnia 25.05.2016 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: sprawy nr: NA-ZP-250/04/04/16

postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi w technice próżniowej.

Na podstawie art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz.759 z późn. zm.) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu informuje, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ o niżej podanej treści:

Pytanie nr 1 Dotyczy Pakietu nr 1

W opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 dotyczący zadania nr 1 punkt 5 Zamawiający wymaga aby korki do probówek były ściągane nie wymagające odkręcania. Podstawowe prawa ergonomii wskazują jednoznacznie, że korek odkręcany jest **wygodniejszy i bezpieczniejszy** w użyciu. Jest to szczególnie istotne dla probówek, gdzie przechowywany jest materiał potencjalnie zakaźny. Moment zdejmowania (zsuwania) korka naraża użytkownika na rozprysk krwi przylegającej do wewnętrznej części korka wzmagając efekt wydostania się aerozolu. Korki wyposażone w półgwint zdejmuje się w sposób lekki i bez wysiłku. Ponadto korki na półgwint otrzymały naszę - Safety pull cup co oznacza bezpieczne ściągnięcie korka. Probówki z korkiem zdejmowanym są charakterystyczne dla produktów firmy BD, która to nie posiada innego rozwiązania konstrukcyjnego. Nie dopuszczając wygodniejszych rozwiązań równoważnych Zamawiający w sposób nieuzasadniony naraża się na utrudnienia pracy i zagrożenie bezpieczeństwa personelu podczas konieczności zdejmowania korków z probówek po pobraniu. Wnosimy o dopuszczenie bezpiecznych korków na półgwint.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie bezpiecznych korków na pół gwint.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści probówki o wymiarach 13 x 75mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 13 x 75 mm. zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wymagane Parametry Graniczne”.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści igły systemowe w pozycji nr 9 odłygości 1,5” czyli 38mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści igły systemowe z pozycji nr 9. załącznika nr 1 „Przedmiot Zamówienia – Formularz Cenowy”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha
w Radomiu, ul. Limanowskiego 42
KIEROWNIK DZIAŁU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

mgr Grażyna Kraszewska
Kierownik Działu Zarządzania Jakością

2016-05-25

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
mgr Józef Mariek