



Radom, 12 grudnia 2017 r.

ZP-250-10-2017-2

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę analizatora do badań immunohematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, dostawa odczynników i materiałów wykorzystywanych do badań immunohematologicznych, (znak sprawy: ZP-250-10-2017)

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści odpowiedzi z dnia 7.12 br. na pytania nr 11.

Pytanie nr 11
dotyczy części 2

Czy w pozycji 21 Zamawiający wymaga aby końcówki do pipety były oznakowane CE tak jak pipeta z pozycji 22 ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga aby końcówki do pipety były oznakowane CE. Natomiast w przypadku pipety z pozycji 22 wymagane jest oznakowanie CE.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert: **15 grudnia 2017 r. godz. 10:00.**

Termin otwarcia ofert: **15 grudnia 2017 r. godz. 10:15.**

Powyższa zmiana SIWZ stanowi jej integralną część.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
im. dr Konrada Vietha w Radomiu
Dominik Purzał