

Załącznik nr 1 do Wniosku o zakup chłodni do przechowywania krwi

1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakup chłodni do przechowywania krwi wraz z dostawą, instalacją, kwalifikacją do użytku, szkoleniem pracowników.

Według oznaczenia Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 33100000-1 urządzenia medyczne

1. Chłodnia medyczna, przeznaczona do przechowywania krwi w temperaturze 2-6 °C .
2. Pojemność minimalna: 630 l.
3. Ilość pojemników z krwią, które można jednorazowo przechowywać: minimum 250x 450 ml
4. Maksymalne zewnętrzne wymiary: wysokość -2000 mm, szerokość- 850 mm, głębokość- 750 mm.
5. Chłodnia musi być wyposażona w szklane drzwi, wykonane ze szkła uszczelnianego próżniowo z zabezpieczeniem przed skraplaniem.
6. Chłodnia powinna być wyposażona w co najmniej 5 szuflad ze stali nierdzewnej na prowadnicach. Każda szuflada wyposażona w system/przegrody umożliwiające rozmieszczenie pojemników z krwią 450 ml. (każdy pojemnik w osobnej przegródce) .
7. Wysuwane szuflady wykonane ze stali nierdzewnej z przednim, przezroczystym panelem z PVC, dodatkowo zabezpieczającym przed dostaniem się ciepłego powietrza do wnętrza w trakcie otwarcia drzwi.
8. Czynnik chłodniczy wolny od CFC.
9. Urządzenie powinno być wyposażone w automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu.
10. Gwarantowany zakres pracy minimum: od 2°C do 6°C przy temperaturze pomieszczenia od 18 do 25 °C.
11. Wnętrze oświetlone lampami ze światłem białym. Dopuszczalne oświetlenie LED.
12. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej . Klasa AISI 304
13. Poziom hałasu < 50dBA.
14. Zasilanie 230 V, 50Hz, 1 faza.
15. Elektroniczne sterowanie z cyfrowym zewnętrznym wyświetlaczem.
16. System monitorowania, zasilania z zabezpieczeniem przepięciowym i automatycznym regulatorem napięcia.
17. Urządzenie powinno posiadać system alarmowania: alarm dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury; alarm otwartych drzwi, alarm zaniku napięcia.
18. Urządzenie medyczne musi posiadać znak CE.
19. Dostawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
20. Dostawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski.
21. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego urządzenia, rok produkcji 2017 lub 2018 r.
22. Dostawca zapewnia minimum 24 miesięczną gwarancję na urządzenie.

23. W okresie gwarancji dostawca zapewni co najmniej dwa roczne serwisy techniczne zgodne z obowiązującymi normami w zakresie urządzeń do przechowywania krwi.

Opis wymagań

Wymagania dotyczące serwisu:

24. Serwis zlokalizowany na terenie Polski.
25. Serwis posiadający urządzenia (z aktualnymi świadectwami wzorcowania nie starszymi niż 1 rok) umożliwiające naprawy oraz coroczne przeglądy techniczne.
26. Wykonawca zapewni serwis z uprawnieniami wymaganymi przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (dz. U. z 2015 r. poz. 881) – w przypadku urządzeń zawierających ponad 3 kg. Substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych wymagane jest posiadanie certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 20 cytowanej ustawy.
27. **Wykaz dokumentów**
- Zaświadczenie uprawniające dla pracowników wykonujących czynności serwisowe dla urządzeń chłodniczych z substancją kontrolowaną.
 - Certyfikat jakości na sprzęt medyczny.

2. Kryteria oceny ofert

cena – 60%

jakość – 40%

Sposób oceny jakości:

- termin dostarczenia urządzenia maksymalnie w przeciągu 6 tygodni od podpisania umowy – 30 pkt
- termin dostarczenia urządzenia od 4-6 tygodni od podpisania umowy – 20 pkt.
- gwarancja na czas 24 miesiące – 10 pkt
- gwarancja na czas dłuższy niż 24 miesiące – 20 pkt
- możliwość płatności w ratach – 20 pkt

3. Termin realizacji zamówienia

Podpisanie umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Termin i miejsce złożenia oferty.

Oferty należy składać do dnia: **16 lipca 2018 rok do godz. 10.00** w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, ul. Limanowskiego 42, 26-600 Radom, w sekretariacie - I piętro.

Koperta z ofertą powinna być opisana "Postępowanie na zakup chłodni medycznej do przechowywania krwi". Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16 lipca 2018r. o godz. 10:15**

5. Osoba upoważniona do kontaktu

mgr Monika Puła kierownik Działu Preparatyki i Ekspedycji, email: preparatyka@rckik.radom.pl

Ewa Jaroszek, kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Ochrony Mienia, email: administracja@rckik.radom.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres email: przetargi@rckik.radom.pl

6. załączniki
a. projekt umowy.

Zatwierdzam: