



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**

im. dr Konrada Vietha w Radomiu

26-600 Radom ul. Limanowskiego 42

Regon: 000303060 NIP: 948-16-24-611

Telefony: *Dyrektor:* 48-362 62 76

Centrala: 48-362 11 27

Tel./fax: 48-362 62 76

e-mail:

dyrektor@rckik.radom.pl

e-mail

administracja@rckik.radom.pl

ZP-1-2019

Radom dn. 23.01.2019r.

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jakościowych testów markerów wirusowych przenoszonych drogą krwi tj. testów HBsAg wraz z testami potwierdzenia, testów anty-HCV lub HCV Ag/Ab, testów HIV Ag/Ab oraz testów anty-*Treponema pallidum*, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych, niezbędnych do wykonania badań dla liczby 50 000 donacji wraz z dzierżawą aparatury koniecznej do automatycznego wykonywania w/w badań przesiewowych” (znak sprawy: ZP-1-2019)

PYT.1

Czy zamawiający zgodzi się na usunięcie punktu 8.5 w SIWZ dotyczącego dostarczenia próbki oferowanego sprzętu medycznego jednorazowego użytku? Zapis znalazł się w SIWZ prawdopodobnie omyłkowo.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie punktu 8.5 w SIWZ.

PYT.2

Czy zamawiający obok metod wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia (w części 1: „Odczynniki, testy – parametry graniczne, bezwzględnie wymagane”, punkt I „Dla wszystkich testów”, podpunkt 5) dopuszcza testy wykonywane metodą immunoenzymatyczną?

Odp.

Zamawiający dopuszcza testy wykonywane metodą immunoenzymatyczną

PYT. 3

Czy zamawiający dopuszcza testy zwalidowane na stosowanie próbek pobranych na EDTA, cytrynian sodu i ACD - będącego zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dn 11.09.2018 str 639 substancją równoważną jak CPD? ACD oraz CPD należą do tej samej grupy płynów konserwujących i posiadają te same kluczowe substancje w swoim składzie. Pytanie dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia, część 1: „Odczynniki, testy – parametry graniczne, bezwzględnie wymagane”, punkt I „Dla wszystkich testów”, podpunkt 6. oraz punkt 4 Parametrów ocenianych w zakresie jakości.

Odp.

Zamawiający dopuszcza testy zwalidowane na stosowanie próbek pobranych na EDTA, cytrynian sodu i ACD

PYT. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań EQAS (zamiast LABQUALITY) na koszt Wykonawcy? Oferowany program obejmuje każdy z wymaganych parametrów i każdy cykl jest zakończony międzynarodowym certyfikatem kontroli jakości (po spełnieniu warunków oceny).

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kontroli jakości.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kwiadawstwa
i Krwiotężnictwa
im. dr Konrada Viethe w Radomiu
Dominik Puzzał

DZIAŁ LABORATORYJNY
15 PRACOWNI CZYNNIKÓW ZAKAZNICH
PRZENOŚZONYCH W KREW
mgr Katarzyna Dzińska
diagnosta laboratoryjny