



**REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**

im. dr Konrada Vietha w Radomiu

26-600 Radom ul. Limanowskiego 42

Regon: 000303060 NIP: 948-16-24-611

Telefony: *Dyrektor:* 48-362 62 76

Centrala: 48-362 11 27

Tel./fax: 48-362 62 76

e-mail: dyrektor@rckik.radom.pl

e-mail: przetargi@rckik.radom.pl

administracja@rckik.radom.pl

Radom dn. 08.01.2019r.

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro na „ Dzierżawę analizatora hematologicznego wraz z wyposażeniem, kompletem odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonania badań hematologicznych w ilości 32000 szt na okres 24 miesięcy”.

Znak sprawy: ZR-02/2019

Pyt.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego posiadającego tylko zewnętrzny czytnik kodów kreskowych?

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora hematologicznego posiadającego tylko zewnętrzny czytnik kodów kreskowych

Pyt. 2

Zamawiający wymaga podłączenia zaoferowanego analizatora hematologicznego do systemu komputerowego Asseco „Bank Krwi”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby było to podłączenie jednokierunkowe?

Tak, transfer wyników z analizatora do systemu komputerowego „Bank Krwi”

Pyt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, żeby krew kontrolna do analizatora hematologicznego została policzona z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę, żeby krew kontrolna do analizatora hematologicznego została policzona z uwzględnieniem ważności fiolki na opakowaniu.

Pyt.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby potwierdzenie, że odczynniki były transportowane w odpowiedniej temperaturze było wysyłane mailowo, na podany przez Zamawiającego adres mailowy?

Tak. Zamawiający wyraża zgodę, aby potwierdzenie, że odczynniki były transportowane w odpowiedniej temperaturze było wysyłane mailowo, na podany przez Zamawiającego adres mailowy.

9

Pyt. 5

Zamawiający wymaga, aby Oferent na własny koszt przeprowadził walidację wstępną analizatora. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na walidację Oferent dostarczył materiał kontrolny oraz diluent, a ewentualnie inne straty odczynnikowe Oferent pokryje po przeprowadzeniu walidacji wstępnej w przypadku udokumentowanych strat?

Tak

Pyt. 6

Czy Zamawiający może określić ile badań w trybie CBC i ile badań w trybie CBC+5DIFF zamierza wykonać z podanej ogólnej ilości 32000 oznaczeń w ciągu dwóch lat?

Badania w trybie CBC 5Diff – 25 600 oznaczeń, w trybie CBC – 6400 oznaczeń

Pyt. 7

Czy Zamawiający potwierdza, że podana ilość badań uwzględni badania kontrolne i ewentualne powtórki?

Tak, ewentualne powtórki i badania kontrolne zostały uwzględnione

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwioleczoctwa
im. dr. Konrada Vietea w Radomiu
Dominik Purval